

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-04-03-002187-а

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Фантом тканиноеквівалентний)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31680000-6: Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Фантом тканиноеквівалентний	ДК 021:2015:31680000-6 — Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 25 серпня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:	436 560,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	2 182,80 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	11 квітня 2023 12:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	11 квітня 2023 12:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній

Обґрунтування
очікуваної вартості предмета закупівлі
(методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
(Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020 р.))
33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії
(Фантом тканиноеквівалентний – 1 од.)
(метод розрахунку – порівняння ринкових цін)

1. Очікувана вартість за одиницю з ПДВ (фантом тканиноеквівалентний):
 $C_1 = 408\,000,00$ грн.
 $C_2 = 440\,640,00$ грн.
 $C_3 = 461\,040,00$ грн.
 $C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3 = 1\,309\,680,00 : 3 = 436\,560,00$ грн.
2. Очікувана вартість товару з ПДВ:
 $ОВ_1 = C_{од} * V = 436\,560,00 * 1 = 436\,560,00$ грн.
де V – кількість товару.

Долатки:

1. Цінова пропозиція ТОВ «ФЛУІТЕК СІСТЕМЗ» - 1 арк.;
2. Цінова пропозиція ТОВ «ЛАБ ЮНІТС» - 1 арк.;
3. Цінова пропозиція ТОВ «ХАРВЕСТ ТЕХНОСЕРВІС» - 1 арк.

Начальник відділу № 22



Андрій ІВАЩЕНКО

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Фантом тканиноеквівалентний

Опис

Фантом тканиноеквівалентний призначений для відтворення лінійних розмірів, контролю глибини зондування, зони нечутливості та розподільчої здатності під час проведення перевірки ультразвукових діагностичних приладів.

Основні технічні характеристики

	Технічні вимоги	Вимоги
1	Глибина розташування відбивачів фантома (у вертикальній площині), мм	20, 40, 60, 80, 100, 120 140, 160
2	Відстань між сусідніми відбивачами (у вертикальній площині), мм	20
3	Глибина розташування відбивачів фантома (у горизонтальній площині), мм	20, 120
4	Відстань між сусідніми відбивачами (у горизонтальній площині), мм	30
5	Діаметр відбивачів типу «кіста», мм	2, 4, 6
6	Діаметр відбивачів типу «шкали сірого», мм	10
7	Глибина розташування відбивачів типу «кіста», мм	30, 80, 140
8	Швидкість розповсюдження ультразвукових коливань у фантомі, м/с	1540 ± 10
9	Коефіцієнт затухання ультразвукових коливань у фантомі, дБ/(см*МГц)	0,5 ± 0,05
10	Габаритні розміри, не більше, мм	250 x 100 x 200
11	Маса, не більше, кг	3

Комплект поставки:

1. Фантом тканиноеквівалентний – 1 шт.;
2. Керівництво з експлуатації – 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати постачання Товару.
2. Місце поставки – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
3. Товар повинен бути новий, що не був використаний та без механічних пошкоджень.

Начальник відділу №22



Андрій ІВАЩЕНКО