

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-09-01-001698-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з технічного обслуговування вимірювальної системи живлення аргонном державного первинного еталона рН)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з технічного обслуговування вимірювальної системи живлення аргонном державного первинного еталона рН	ДК 021:2015: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 17 листопада 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	20	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:	90 200,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	451,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	12 вересня 2023 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	12 вересня 2023 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	13 вересня 2023 15:13
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

**Обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі –
Послуги з технічного обслуговування вимірювальної системи живлення
аргоном державного первинного еталона рН (код за ДК 50430000-8)**

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується метод порівняння ринкових цін (п. 3.1) – інформація про ціни від постачальників (комерційні пропозиції).

Комерційні пропозиції:

№ 822 від 03 серпня 2023 р. від ТОВ «ІНДЕЛ», вартість з ПДВ 90 200,00 грн;

№ 0078760 від 08 серпня 2023 р. від ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», вартість з ПДВ 90 177,00 грн;

№ УМТС 3328 від 08 серпня 2023 р. від ТОВ «ДОНАУ ЛАБ», вартість з ПДВ 90 223,00 грн.

Очікувана ціна:

$C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / K$, де

C_1, C_2, C_3 – ціни за комерційними пропозиціями, грн.,

K – кількість пропозицій.

$C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / K = (90\,200,00 + 90\,177,00 + 90\,223,00) / 3 = 90\,200,00$ грн.

Начальник відділу № 36

08.08.2023


О.О. Мельников

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Послуги технічного обслуговування вимірювальної системи живлення аргонном державного первинного еталона рН (код за ДК 50430000-8)

Опис

Державний первинний еталон рН ДЕТУ 05-03-07 призначений для забезпечення єдності вимірювань рН в Україні. За допомогою еталону рН проводиться характеристика референтних матеріалів рН. У процесі роботи державного первинного еталона рН (ДЕТУ 05-03-07) необхідно підтримувати у вимірювальних комірках безкисневе середовище, що досягається за допомогою продування крізь них надчистого аргону з витратою від 0,5 см³/хв до 5,0 см³/хв у всіх шести комірках одночасно. Конструктивно система живлення аргонном державного первинного еталона рН складається з балона з надчистим аргонном (вміст основної речовини 99,99 %), редукторів, запірних клапанів, газопроводу, прецензійних вентилів і витратомірів. Технічне обслуговування системи живлення аргонном еталона рН включає перевірку працездатності і, за потреби, ремонт її складових.

Етапи

1. Перевірка працездатності і, у разі виявлення поломок, ремонт балона з надчистим аргонном, редукторів, запірних клапанів та газопроводу.

2. Оновлення і настройка програмного забезпечення для роботи з інтерфейсом FLOW-BUS, перевірка працездатності і, у разі виявлення поломок, ремонт шести витратомірів EL-FLOW, виробництва фірми Bronkhorst, Голландія. Характеристики витратомірів EL-FLOW, виробництва фірми Bronkhorst, Голландія, що підлягають технічному обслуговуванню:


Характеристика	Вимоги/Відповідність/Наявність
Аналітичний прецензійний витратомір F201CV-020-RAD-22-V, з фільтром M-411-13-00-V	
Діапазон витрат	0,2 ... 10 см ³ /хв
Точність підтримки витрати	+/- 0,5 %
Робочий тиск на вході, не більше	10 бар
Робочий тиск на виході, не більше	1,5 бар
Ущільнювачі	Viton (або аналог)
Вхідне під'єднання до газової мережі	1/4", зовнішня, компресійного типу
Вихідне під'єднання до газової мережі	1/4", зовнішня, компресійного типу
Сумісність з інтерфейсом FLOW-BUS	наявність
Живлення	+15...24 В, постійний струм
Клас захисту, пил/вологість	IP-40

3. Опресування системи живлення аргонном еталону рН і, за потреби, усуненні витоку аргону.

Додаткові умови:

- Гарантійний термін на замінені комплектуючі – не менше 12 місяців з дати підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг;
- Місце надання послуг: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4.

Начальник відділу № 36



О.О. Мельников