

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-09-04-005640-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Ремонт і технічне обслуговування установки Buchi)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Ремонт і технічне обслуговування установки Buchi)	ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 27 жовтня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	20	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:

89 839,40 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 449,20 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 13 вересня 2023 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Розмір забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):** відсутній

**Вид забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** 13 вересня 2023 10:00

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** 14 вересня 2023 11:29

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

**Обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі –
Ремонт і технічне обслуговування установки Buchi (код за ДК 50410000-2)**

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується метод порівняння ринкових цін (п. 3.1) – інформація про ціни від постачальників (комерційні пропозиції).

Комерційні пропозиції:

№ 138 від 21 липня 2023 р. від ТОВ «ИНДЕЛ», вартість з ПДВ 84 960,00 грн;

№ 2254-260623 від 26 липня 2023 р. від ТОВ «ДОНАУ ЛАБ УКРАЇНА», вартість з ПДВ 88 429,92 грн;

№ б/н від 26 липня 2023 р. від ТОВ «ЛАБТАЙМ ЛТД», вартість з ПДВ 96 128,28 грн.

Очікувана ціна:

$C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / K$, де


C_1, C_2, C_3 – ціни за комерційними пропозиціями, грн.,

K – кількість пропозицій.

$C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / K = (84\,960,00 + 88\,429,92 + 96\,128,28) / 3 = 89\,839,40$ грн.

Начальник відділу № 36

09.08.2023



О.О. Мельников

**Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик
предмета закупівлі**

Ремонт і технічне обслуговування установки В-324, Buchi
(код за ДК 021:2015 - 50410000-2)

Опис

Ремонт установки передбачає технічне обслуговування і заміну аспіраційної посудини з боросилікатного скла, дозуючого насосу, клапану зворотного ходу з такими характеристиками:

Характеристика	Вимоги/Відповідність/Наявність
аспіраційна посудина	
Матеріал	боросилікатне скло
Сумісність з В-324	наявність
4 скляні штуцери для приєднання аспіраційної посудини до систем установки В-324	Наявність
Діаметр штуцерів	6 мм, 10 мм з різьбою
дозуючий насос	
Сумісність з В-324	наявність
Стійкість до впливу розчину гідроксиду натрію	Наявність
Стійкість до впливу розчину борної кислоти	Наявність
Живлення	220 В 50Гц
Споживана потужність, Не більше	32 Вт
Максимальний тиск, не менше	3.80 бар
Продуктивність, не менше	1833 мл/хв
Монтажний розмір	56 x 53 мм
Штуцер приєднання лінії низького тиску	6 мм
Штуцер приєднання лінії високого тиску	6 мм
клапан зворотного ходу	
Сумісність з В-324	наявність
Матеріал	Пластик, метал
Приєднання	різьбовий штуцер
Різьба	8 мм


Опис робіт:

1. Встановлення аспіраційної посудини, дозуючого насосу, клапану зворотнього ходу та підключення установки до системи водопостачання.
2. Перевірка та налаштування системи парогенератору.
3. Промивка та налагодження системи подачі та дозування (борна кислота, лужного розчину NaOH).

Додаткові умови:

- Гарантійний термін на замінені комплектуючі – не менше 6 місяців з дати підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг;
- Місце надання послуг: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4.

Начальник відділу № 36



О.О. Мельников