

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2024-03-05-002353-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Гребельник Марина Миколаївна, 380445260186, marina.grebelnik@ukrcsm.com

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 42120000-6 Насоси та компресори (Автоматизований повітряний електрокомпресор)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Автоматизований повітряний електрокомпресор	ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 31 травня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	10	Банківські	30
Поставка товару		Післяоплата	10	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

684 953,53 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:**

3 424,77 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:**

13 березня 2024 16:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

**Розмір забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):**

відсутній

**Вид забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):**

відсутній

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:**

13 березня 2024 16:00

**Дата та час проведення
електронного аукціону:**

14 березня 2024 11:37

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:**

відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:**

відсутні

**Обґрунтування очікуваної вартості
автоматизованого повітряного електрокомпресора високого тиску,
методом порівняння ринкових цін.**

1. Вихідні дані.

Пропозиція №1. ТОВ «ЕВРИКА»; $C_1 = 748\,765,00$ грн в т. ч. ПДВ.

Пропозиція №2. ТОВ «ІНКΟΣ ЛАЙН»; $C_2 = 680\,400,00$ грн в т. ч. ПДВ.

Пропозиція №3. ТОВ «АТЕМЛЮФТ»; $C_3 = 625\,695,60$ грн в т. ч. ПДВ.

Кількість отриманих пропозицій - $K=3$.

2. Визначаємо очікувану ціну, як середньоарифметичне значення вартості електрокомпресора, з урахуванням 3-х пропозицій.

$$C_{\text{од}} = (C_1 + C_2 + C_3) / K,$$

де:

$C_{\text{од}}$ – очікувана ціна за одиницю;

$C_1 \div C_3$ – ціни отримані з листів-відповідей;

K – кількість цін, отриманих з листів-відповідей;

$$C_{\text{од}} = (C_1 + C_2 + C_3) / K = (748\,765,00 \text{ грн} + 680\,400,00 \text{ грн} + 625\,695,60 \text{ грн}) : 3 = \\ = 2\,054\,860,60 \text{ грн} : 3 = 684\,953,53 \text{ грн}.$$

Очікувана вартість автоматизованого повітряного електрокомпресора високого тиску, становить 684 953,53 грн в т. ч. ПДВ.

Начальник відділу № 44

 Сергій КІСЄЛЬ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Насоси та компресори. Код за ДК 021-2015 - 42120000-6 Опис

Автоматизований повітряний електрокомпресор призначений для стиснення атмосферного повітря та нагнітання його в балони в процесі виробництва калібрувальних газових сумішей.

№ п/п	Найменування товару	Технічні вимоги	
		Найменування показника	Значення
1	Автоматизований повітряний електрокомпресор	Продуктивність, л/хв, не менше	200
		Початковий тиск повітря	атмосферний
		Робочий тиск, МПа	15 та 30
		Налаштування запобіжного клапану	Згідно технічної документації
		Система охолодження	повітряна
		Робоча температура зовнішнього середовища	+5°C ... +45°C
		Конструкція розміщення вузлів	на єдиній сталевій рамі з антивібраційними подушками
		Габарити (ДХШХВ), мм не більше	1100 X 640 X 715
		Маса, кг не більше	140
		Двигун, параметри мережі	електричний, трифазний, напруга 380-400 В/50 Гц
		Потужність електродвигуна, кВт, не більше	7,5
		Технічні параметри для безпечної експлуатації обладнання	- ступінь захисту електродвигуна IP55; - захист електродвигуна від перевантажень мережі; - захист приводного ремня з усіх боків для безпеки оператора під час експлуатації компресора; - наявність проміжних запобіжних клапанів після кожного ступеня компресорного блоку та фінального запобіжного клапану
		Режим керування - автоматичний	-система контролю фаз для запобігання можливості обертання компресорного блоку в неправильному напрямку; - системи автоматичного вимикання обладнання, за умови досягнення фінального тиску та автоматичного дренажу конденсату; - лічильник мотогодин.

Комплект поставки: - компресор заправлений синтетичною компресорною олією, повністю готовий до експлуатації при 100% навантаженнях -1 шт.;
-додатково в комплекті з компресором: - два комплекта витратних матеріалів (фільтр-картридж, вхідний та масляний фільтри, олива компресорна);
- технічна документація (українською або англійською мовою), зокрема: Інструкція з експлуатації, технічний паспорт; гарантійний талон; журнал техобслуговування.

Додаткові умови:

1. Постачальник поставляє Товар, якість якого підтверджується документами на відповідність продукції Державним стандартам та іншим нормативно-правовим актам Українського законодавства, які стосуються якості, зокрема:
 - **Сертифікат відповідності** на основі цілковитого забезпечення якості (Модуль Н).
 - **Декларація про відповідність** Технічному регламенту.
 - Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском, Постанова КМУ №27 від 16.01.2019 року; згідно з Модулем Н (цілковите забезпечення якості).
 - Технічному регламенту безпеки машин, Постанова КМУ №62 від 30.01.2013 року; згідно з ДСТУ EN 1012-1:2014.
 - Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, Постанова КМУ №1067 від 16.12.2015 року, згідно з ДСТУ EN 60204-1:2015.
 - Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Постанова КМУ №1077 від 16.12.2015 р.; згідно з ДСТУ ІЕС 61000-6-2:2015, ДСТУ ІЕС 61000-6-3:2015.
2. Постачальник надає зокрема:
 - офіційне підтвердження, що у нього в штаті є сертифікований технічний персонал (на підтвердження надати оригінал або копію сертифікату), який може виконати роботи з сервісного обслуговування та ремонту компресора з використанням оригінального сервісного обладнання, інструментів, матеріалів та запасних частин.
3. Постачальник забезпечує навчання персоналу Замовника роботі на автоматизованому повітряному електрокомпресорі, з наданням відповідного сертифіката про проходження навчання.
4. Очікуваний період поставки Товару: до 31.05.2024 року.
5. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки.
6. Місце поставки: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

Начальник відділу №44

Сергій КИСЕЛЬ