

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-06-04-000815-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Гребельник Марина Миколаївна, 380445260186, marina.grebelnik@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38410000-2 Лічильні прилади (Обладнання для визначення водневого показника рН та питомої електропровідності)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38410000-2: Лічильні прилади

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38416000-4 Лічильні прилади (Обладнання для визначення водневого показника рН та питомої електропровідності)	ДК 021:2015: 38416000-4 — рН-метри	1 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 01 серпня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 42 916,67 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	214,58 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	12 червня 2024 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	12 червня 2024 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	13 червня 2024 12:16
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Обладнання для визначення водневого показника рН та питомої електропровідності
 Обладнання призначене для вимірювання показників газів, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів та проводів

Технічні характеристики

Показник	Діапазон	Значення показника
Діапазон вимірювань рН	Не менше	від 0 до 14
Крок шкали вимірювань рН	Не більше	0,01
Похибка вимірювань рН	Не більше	±0,02
Діапазон вимірювань температури, °С	Не менше	від 10 до 50
Похибка вимірювань температури, °С	Не більше	±0,5
Діапазони вимірювань питомої електропровідності	Не менше	0-20 мкСм/см 20-200 мкСм/см 200-2000 мкСм/см 2-20 мСм/см 20-200 мСм/см
Кроки шкали вимірювань питомої електропровідності	Не більше	0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1/1 мСм/см
Похибка вимірювань питомої електропровідності	Не більше	± 2%
Тип індикації	Не менше	Електронний дисплей з індикацією українською або англійською мовами
Управління	Не менше	Мікроконтролер
Можливості управління	Не менше	• Автоматична або ручна корекція температури компенсації • запам'ятовування до 30 результатів вимірювань, включно з датою, часом, температурою компенсації, режимом компенсації
Вимоги щодо конструкції	Не менше	• наявність тримача для електроду (електродів) • використання одного електроду для вимірювань рН та питомої електропровідності або одночасне встановлення двох електродів
Напруга живлення	Не більше	220 В, 50 Гц

Комплектність:

Обладнання для визначення водневого показника рН та питомої електропровідності	1 одиниця
біокси лабораторні 40x70 з пробками	10 одиниць

Додаткові умови до учасника:

Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки;

- Місце поставки: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна 4



Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

за кодом ДК 021:2015 «38410000-2 Лічильні прилади» **Обладнання для визначення водневого показника рН та питомої електропровідності**

Розрахунок виконано відповідно «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», яка затверджена наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020

Для оцінки було сформовано технічне завдання з описом технічних та якісних характеристик предмету закупівлі та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі був використаний метод оцінки на підставі порівняння ринкових цін, які отримані за запитами. Були отримані попередні цінові пропозиції для сучасного обладнання виробництва країн, які не пов'язані з агресором.

Були отримані комерційні пропозиції від трьох постачальників.

Запропоновані вартості склали:

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» - 49 736, 46 грн.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДЫМ ВЕСТАХІМ УКРАЇНА» – 53 037,93 грн.

ПАТ «Макрохім» - 51 880,27 грн.

Середня вартість за пропозиціями складає 51 551,55 грн.

Для ефективного використання коштів при проведенні торгів пропонується встановити очікувану вартість предмета закупівлі в розмірі 51 550,00 гривень. *з ПДВ*

Начальник НТВЦ УкрТЕСТ



Анатолій ГІНДІКІН