

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-06-25-010081-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Гребельник Марина Миколаївна, 380445260186, marina.grebelnik@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38430000-8 Детектори та аналізатори (Аналізатор гематологічний)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Аналізатор гематологічний	ДК 021:2015: 38434570-2 — Гематологічні аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 серпня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	90	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 283 333,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	1 416,67 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	04 липня 2024 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	04 липня 2024 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	05 липня 2024 15:20
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Аналізатор гематологічний

(код за ДК 38430000-8 Детектори та аналізатори)

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується методика розрахунку очікуваної вартості закупівлі товарів/послуг іноземного походження на підставі порівняння ринкових цін.

$V = 1$ шт – обсяг товарів/послуг, що закуповується,

$C_{од\ 1}$ – очікувані ціни за одиницю.

C_1, C_2, C_3 – ціни, отримані шляхом комерційної пропозиції

$C_1 = 333\ 000,00$ грн; $C_2 = 336\ 000,00$ грн; $C_3 = 346\ 736,43$ грн

$C_{од} = (333\ 000,00 + 336\ 000,00 + 346\ 736,43) / 3 = 338\ 578,81$ грн

$ОВ_{мрц}$ – очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін.

$ОВ_{мрц} = V_1 \cdot C_{од\ 1} = 1 \cdot 338\ 578,81 = 338\ 578,81$ грн $\approx 340\ 000,00$ грн.

Начальник відділу № 37



Богдан СОКОЛ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Назва лоту: Аналізатор гематологічний

Опис: Автоматичний гематологічний аналізатор для клінічних гематологічних досліджень.

Основні технічні характеристики:

Технічні характеристики		Вимоги
1.	Кількість параметрів, що вимірюються	не менше 18 параметрів.
2.	Основні параметри	WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, HCT, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, PDW-SD, MPV, RBC, PLT
3.	Діапазон вимірювання	WBC від $4 \times 10^9/\text{л}$ до $15 \times 10^9/\text{л}$ RBC від $3.5 \times 10^{12}/\text{л}$ до $5.5 \times 10^{12}/\text{л}$ HGB від 100 до 180 г/л MCV від 70 до 110 фл PLT від $100 \times 10^9/\text{л}$ до $500 \times 10^9/\text{л}$
4.	Відтворюваність (допустиме відносне СКВ випадкової складової в діапазоні вимірювання)	WBC $\leq 3.5\%$ RBC $\leq 2.5\%$ HGB $\leq 2.0\%$ MCV $\leq 1.0\%$ PLT $\leq 5.0\%$
5.	Методи виміру	еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT) – кондуктометричний (імпедансний метод) гемоглобіну – фотометричний
6.	Кількість комплектів реагентів	Лізуючий – 3 шт; Ділюєнт – 1 шт; Очисник – 2 шт.
7.	Додаткові функції	Аналізатор повинен мати функцію автоматичної очистки апертури від згустків
8.	Джерело живлення:	220В $\pm 10\%$, 50 /60Гц $\pm 1\text{Гц}$
9.	Габарити	не більше 430*400*360 мм
10.	Вага	не більше 20 кг.
11.	Гарантійні зобов'язання	12 місяців з моменту введення в експлуатацію, на обладнання, включаючи все додаткове устаткування.

- 8) Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію, на підтвердження чого Учасник повинен має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.
- 9) Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованим(и) працівником(ами), який(і) має(ють) відповідні знання та навички. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника щодо наявності сервісної служби на території України.

Начальник відділу №37



Богдан СОКОЛ