

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-07-04-008643-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Гребельник Марина Миколаївна, 380445260186, marina.grebelnik@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (Тест-набори для визначення харчових алергенів)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24320000-3: Основні органічні хімічні речовини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - АРАХІС, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	2 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - ГІРЧИЦЯ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 15 грудня 2024

Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН -СОЯ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	2 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - КЕШЬЮ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - ЛІСОВИЙ ГОРІХ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - МОЛОКО, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - МИГДАЛЬ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН -СЕЗАМ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024
Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - ЯЄЧНИЙ БІЛОК, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинки 4	до 15 грудня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	----------	--------------------------

Поставка товару	Покупець оплачує вартість Товару протягом 60 банківських днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ)	Післяоплата	60	Банківські	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:	170 501,89 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	852,51 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	13 липня 2024 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	13 липня 2024 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	15 липня 2024 15:19
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (Тест-набори для визначення харчових алергенів)

Опис

Тест-набори для визначення харчових алергенів необхідні в науково-виробничу лабораторію молекулярно-генетичних досліджень для виявлення та визначення білків алергенів в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь методом імуно-ферментного аналізу.

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Найменування	Технічні вимоги	Кількість	Одиниця виміру
1	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - АРАХІС, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення білків арахісу в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 0,1 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 1,0 ppm 3. Межі кількісного визначення: 1-40 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓2	паков.
2	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - ГІРЧИЦЯ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення білків гірчиці в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 1 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 2,0 ppm 3. Межі кількісного визначення: 2-60 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓1	паков.
3	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - СОЯ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення інгібіторів соєвого трипсину в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 16 ppb 2. Ліміт визначення (LOQ): 40 ppb 3. Межі кількісного визначення: 40-1000 ppb Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓2	паков.
4	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - КЕШЬЮ, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення білків кешью в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 0,2 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 2,0 ppm 3. Межі кількісного визначення: 2-60 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓1	паков.
5	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - ЛІСОВИЙ ГОРІХ, 48 ЛУНОК	Набір призначений для виявлення та визначення білків лісового горіху в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики:	✓1	паков.

	(або еквівалент)	1. Ліміт виявлення (LOD): 0,3 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 1,0 ppm 3. Межі кількісного визначення: 1-40 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки		
6	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - МОЛОКО, ✓ 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення білків молока в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 0,05 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 0,4 ppm 3. Межі кількісного визначення: 0,4-10 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓1	паков.
7	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - МИГДАЛЬ, ✓ 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення білків мигдалю в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь. Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 0,2 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 0,4 ppm 3. Межі кількісного визначення: 0,4-10 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓1	паков.
8	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН - СЕЗАМ, ✓ 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення білків кунжуту в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 0,2 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 2,0 ppm 3. Межі кількісного визначення: 2-30 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓1	паков.
9	Тест набір AGRAQUANT АЛЕРГЕН – ЯЄЧНИЙ, ✓ БІЛОК, 48 ЛУНОК (або еквівалент)	Набір призначений для виявлення та визначення яєчного білку в харчових продуктах та продовольчій сировині, змивах з виробничих поверхонь Набір повинен мати аналітичні характеристики: 1. Ліміт виявлення (LOD): 0,05 ppm 2. Ліміт визначення (LOQ): 0,4 ppm 3. Межі кількісного визначення: 0,4-10 ppm Умови зберігання набору: +2...+8 °C Термін придатності не менше 10 місяців з дати поставки	✓1	паков.

Додаткові умови:

- ✓ - Гарантійний термін – не менше 10 місяців з дати поставки товару.
- ✓ - Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
- ✓ - Поставка товару протягом 30 робочих днів згідно із заявками замовника.
- ✓ - Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.
- Учасник повинен надати документи від виробника (брошура, інструкція, технічні рисунки, технічні паспорти та ін.) що підтверджують відповідність технічним характеристикам.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

$(183\,512,70 + 207\,082,11 + 223\,212,00) / 3 = 204\,602,27$ грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 204 602,27 грн з ПДВ.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ